



KẾ HOẠCH CHÀO GIÁ RỘNG RÃI

1. Nhu cầu:

Thay thế mới hệ thống đo độ ẩm TM710 của hãng NDC hiện hữu sang hệ thống đo độ ẩm TM9000 của hãng NDC hoặc hãng khác có thiết bị thông số kỹ thuật tương đồng.

2. Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật:

a. Chi tiết thông số kỹ thuật hệ thống đo độ ẩm cho máy Sấy lá:

- Công nghệ: đo nhanh độ ẩm lá thuốc lá trên băng chuyền sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại NIR (Near Infrared);
- Khoảng đo độ ẩm lá thuốc lá: 0 – 60%;
- Khoảng đo độ ẩm nguyên lá (trong dây chuyền GLT): 10 – 30%;
- Độ chính xác đo độ ẩm so với phương pháp truyền thống: 0.1%;
- Giá trị đo không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm môi trường;
- Khoảng đo nhiệt độ (tùy chọn bổ sung): 0 – 120°C;
- Khoảng cách từ đầu đo đến bề mặt mẫu cần đo trên băng chuyền: 250mm ± 10 mm;
- Cửa sổ đo sử dụng kính Sapphire;
- Vỏ bảo vệ: thép không gỉ 316L, chuẩn IP67;
- Nguồn cấp: 85 – 264 VAC, 50/60 Hz, ngõ ra 24 VDC;
- Có tính năng thổi khí giúp giảm bụi ở vùng đo;
- Có đèn LED báo trạng thái hoạt động đầu đo;
- Tích hợp sẵn kết nối truyền thông Ethernet và Fieldbus;
- Nhiệt độ hoạt động: 0 – 50°C (không cần tản nhiệt), 50 – 70°C (có sử dụng tản nhiệt khí hoặc nước);

b. Giao diện điều khiển tại chỗ (OT):

- Màn hình màu cảm ứng 10 inches;
- 03 kết nối Ethernet bên trong gồm 01 Ethernet dành cho đầu đo, 01 Ethernet hỗ trợ kết nối mạng lưới và 01 Ethernet nối cổng RJ45 sẵn (dành cho máy vi tính);

c. Giao diện điều khiển trung tâm (GCI):

- Vỏ nhựa ABS, hoặc thép không gỉ (inox), chuẩn IP65;



- Khả năng tích hợp đến 4 mạch kết nối điều khiển (Analog (tối đa 2), digital, ProfibusDP, DeviceNet);

d. Các tính năng của giao diện điều khiển (OT và GCI):

- Hiện thị giá trị đo theo thời gian thực;
- Hiện thị xu hướng dao động của giá trị độ ẩm liên tục trong 12 giờ gần nhất;
- Có tính năng kiểm soát mức độ bám bản của cửa sổ đo;
- Có tính năng hiệu chuẩn (Diagnostics) giúp kiểm tra tình trạng đầu đo;
- Hỗ trợ lấy mẫu (Product Sampling);
- Có tính năng hỗ trợ cấu hình đầu đo (Configuration);
- Cung cấp 3 cấp độ người dùng gồm: Operator, Supervisor, Engineer;

e. Thiết bị hỗ trợ:

- Thiết bị tham chiếu ARS sử dụng ngàm nam châm giúp thao tác tháo lắp đơn giản và được nhận dạng tự động bởi đầu đo;
- Phần mềm hỗ trợ chạy trên máy vi tính HĐH Windows (GTXL);
- Quản lý các hồ sơ đo (Products);
- Có tính năng hiệu chuẩn (Diagnostics) giúp kiểm tra tình trạng thiết bị.

3. Giá Chào:

Giá chào ghi trong Bảng chào giá bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện lắp đặt và đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Bảng chào giá phải đúng theo mẫu, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đầy đủ và chính xác cho gói công việc này (mẫu báo giá đính kèm). Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” của một mục mà đơn vị không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là đã phân bổ giá của mục này vào các mục khác thuộc gói công việc, nhà cung cấp phải có trách nhiệm thực hiện tất cả công việc theo yêu cầu của gói công việc với đúng giá đã chào.

Trường hợp nhà cung cấp có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào Bảng chào giá hoặc thư giảm giá riêng được đính kèm theo Bảng chào giá nhưng phải đảm bảo rõ ràng về nội dung và cách thức giảm giá.

Thời gian hiệu lực của Bảng chào giá ít nhất là 30 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Bảng chào giá nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của Bảng chào giá, bên mời tham gia có thể đề nghị các nhà cung cấp gia hạn hiệu lực của Bảng chào giá, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh ngân hàng về tiền bảo đảm chào giá. Việc chấp nhận hoặc không chấp nhận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. Nếu nhà cung cấp không chấp nhận việc gia hạn thì Bảng chào giá sẽ không được xem xét tiếp và trong trường hợp này, nhà cung cấp được nhận lại tiền bảo đảm chào giá; nhà cung cấp chấp nhận đề nghị gia hạn không được

phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của Bảng chào giá.

4. Đảm bảo dự thầu:

Giá trị: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

Nhà cung cấp phải thực hiện nộp tiền bảo đảm chào giá trước thời điểm ngừng nhận thư chào giá bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán của bên mời tham dự.
- Thư bảo lãnh ngân hàng giá trị tương đương.

(Thời gian hiệu lực: Ít nhất là 60 ngày kể từ ngày có thời điểm ngừng nhận thư chào giá.)

- Chuyển khoản vào tài khoản của bên mời tham gia, cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Hòa Việt,

Số tài khoản: 119000012765, Ngân hàng Công thương Đồng Nai.

Tiền bảo đảm chào giá được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có giá trị thấp hơn hoặc thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định.
- Không đúng tên bên mời tham gia (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời tham gia.

5. Kế hoạch thực hiện

STT	TÊN CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
01	Đăng tin trên website Công ty: “hoavietjsc.com”	Ngày 12/5/2023
02	Đăng 02 kỳ trên báo Đồng Nai	
03	Phát hành hồ sơ yêu cầu trên website Công ty: “hoavietjsc.com”	Ngày 12/5/2023
04	Đơn vị tham gia khảo sát thực tế về tình trạng thiết bị và nơi lắp đặt	Ngày 12-19/5/2023
05	Nhận bảng chào giá trực tiếp tại VP Cty, hoặc qua đường bưu điện (được niêm phong kín). Bên ngoài ghi “Chào giá sửa chữa thay thế mới hệ thống đo độ ẩm máy sấy lá”	Trước 13h00 ngày 24/5/2023 (Ngày hiệu lực được tính trên ngày nhận của Công ty).
07	Nhận tiền bảo đảm hồ sơ chào giá	
08	Ngừng nhận thư chào giá	13h00’ ngày 24/5/2023
09	Mở giá	13h15 ngày 24/5/2023
10	Trình phê duyệt chọn đơn vị thực hiện.	Sau khi mở giá.
11	Thông báo kết quả cho các đơn vị tham gia.	Sau khi có quyết định phê duyệt chọn đơn vị
12	Thương thảo và ký hợp đồng.	



Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian, Phòng Kế hoạch Kinh doanh sẽ trình phê duyệt điều chỉnh

6. Điều kiện xem xét giá

Công ty sẽ xem xét chọn nhà cung ứng có giá chào thấp nhất.

Trường hợp giá chào của các khách hàng bằng nhau thì Công ty sẽ ưu tiên chọn khách hàng nộp thư chào giá và bảo đảm giá chào sớm nhất.

Bảng chào giá phải đúng theo mẫu hồ sơ yêu cầu (đính kèm); Đóng tiền bảo đảm giá chào đúng thời gian quy định tại Điều 4 của Phiếu trình này.

7. Quy định khác

Việc mở giá và xét chọn khách hàng sẽ được thực hiện theo đúng thời gian quy định tại Điều 5 của Phiếu trình này, ngay cả khi chỉ có duy nhất 01 khách hàng tham gia chào giá; Công ty chỉ xem xét giá chào của khách hàng có đủ điều kiện xem xét giá theo quy định tại điều kiện xét giá như trên;

Đối với khách hàng không được chọn, Công ty sẽ hoàn trả tiền bảo đảm chào giá. Riêng đối với khách hàng được chọn, tiền bảo đảm giá chào sẽ được giữ lại và hoàn trả cho khách hàng ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

[TÊN ĐƠN VỊ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

V/y Chào giá sửa chữa thay thế mới hệ
thống đo độ ẩm máy sấy lá

....., ngày tháng năm



Kính gửi: Công ty Cổ phần Hòa Việt

Căn cứ vào nhu cầu của Quý công ty và khả năng của Công ty chúng tôi, nay Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý công ty bảng chào giá sửa chữa thay thế mới hệ thống đo độ ẩm máy sấy lá, cụ thể như sau:

Tên hàng hóa/dịch vụ	SI (bộ)	Đơn giá (vnđ/kg)	Thành tiền (vnđ)
Hệ thống đo độ ẩm máy sấy lá. Model: ... Hãng: ... Nước sản xuất: ...			
Tổng cộng			

(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật: *(đính kèm catalog nếu có)*

.....

2. Thời gian bảo hành: *[tối thiểu là 12 tháng]*

3. Thời gian thực hiện hoàn thành kể từ khi ký hợp đồng:

.....

4. Thông tin tài khoản: *(nhận hoàn tiền bảo đảm chào giá)*

- Tên chủ tài khoản:

- Tên ngân hàng:

- Số tài khoản:

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Hòa Việt.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

[Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu]